



**Regionalne Centrum
Naukowo-
Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Załącznik nr 10 do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DPI.272.03.03.2014

„Dostawa pras sedymentacyjnych, wirówki do wirowania worków z krwią oraz dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami zużywalnymi”

Zadanie I Prasy sedymentacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy
1	Manualna prasa sedymentacyjna do ekstrakcji składników krwi przy użyciu nacisku mechanicznego, maksymalna objętość worka 500 ml	6szt.	

Zadanie II Wirówka laboratoryjna do wirowania worków z krwią.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy
1	<p>Możliwość jednoczesnego wirowania minimum 6 worków z krwią w maksymalnie 2 wirówkach.</p> <p>-Możliwość ustawienia prędkości obrotowej od 500 do 2500 obr./min.</p> <p>-Możliwość ustawienia temperatury wirowania w zakresie od 4 do 22oC (dopuszczalne są szersze zakresy obejmujące w/w), z podziałką co 1 oC.</p> <p>-Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie od 5 do 60 min (dopuszczalne są szersze zakresy obejmujące w/w) z podziałką co 1 min.</p> <p>-Wirówka wyposażona w:</p> <p>a) Rotor przeznaczony do wirowania worków z krwią, wraz z dodatkowym niezbędnym wyposażeniem.</p> <p>b) Kuvety umożliwiające wirowanie krwi w workach o objętościach od 150 ml do 450 ml.</p> <p>c) Komplet odważników niezbędnych do odpowiedniego wyważenia wirówki, bądź wirówka posiadająca dużą tolerancję na niewyważenie w zakresie 80g +/- 20g.</p> <p>-Piktogramy informujące o poprawnej pracy urządzenia lub o stanie alarmu.</p>	Max 2 szt.	

	-Posiadająca blokadę pokrywy wirówki podczas procesu wirowania. -Posiadająca alarm dźwiękowy informujący o nieprawidłowym zamknięciu pokrywy.		
--	--	--	--

Zadanie III Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy
1	Dzierżawa przez 24 miesiące zgrzewarki do jałowego łączenia drenów medycznych. a)możliwość wykonywania jałowych połączeń medycznych drenów PCV b)możliwość wykonania jałowych połączeń pomiędzy wszystkimi kombinacjami mokrych i suchych drenów (mokre/mokre, suche/mokre, suche/suche) c)możliwość wykonywania jałowych połączeń drenów ze średnicą drenów w zakresie standardowych drenów medycznych: pomiędzy 3,9mm i 4,6mm c)zgrzewarka wyposażona w wyświetlacz identyfikujący status urządzenia oraz informująca o przebiegu pracy d)zgrzewarka wyposażona w sygnalizację dźwiękową w przypadku nieprawidłowej pracy	1szt.	
2	Materiały zużywalne wykorzystywane w zgrzewarce do sterylnego łączenia drenów	10000 +/- 100 zgrzewów	