



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze dnia: 20.03.2015 roku

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

DPI: 272.03.03.2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony p.n.: „Dostawa pras sedymentacyjnych, wirówki do wirowania worków z krwią oraz dzierzawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami zużywalnymi”.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców w sprawie ww. postępowania Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy z 14 na 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy urządzenia, wirówki do wirowania worków z krwią, wynoszący 6 tygodni z uwagi dużą masę urządzenia oraz na konieczność sprowadzenia urządzenia z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na termin dostawy wynoszący 6 tygodni.

Pytanie 4:

Czy zapis §3 ust. 3 projektu umowy w zakresie odbioru zgrzewarki przez upoważnionych pracowników Wykonawcy, dotyczy również sytuacji, w której odbiór urządzenia nastąpi przez firmę kurierską, z którą wykonawca ma podpisaną umowę na wykonania usługi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis §3 ust. 3 projektu umowy w zakresie odbioru zgrzewarki przez upoważnionych pracowników Wykonawcy dotyczy również sytuacji wskazanej w pytaniu.

Pytanie 5:

Zapis §3 ust. 3 projektu umowy – prosimy o przedłużenie terminu odbioru zgrzewarki do naprawy do 72 godzin licząc od godziny zgłoszenia awarii telefonicznie lub na piśmie (drogą elektroniczną). Niniejszy czas pozwoli nam na należyte wykonanie usługi

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu odbioru zgrzewarki do naprawy do 72 godzin licząc od godziny zgłoszenia awarii telefonicznie lub na piśmie (drogą elektroniczną). W związku z powyższym Zamawiający zmienia projekt umowy dzierżawy we wskazanym zakresie. Zmieniony projekt umowy zostanie udostępniony na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie 6:

Zapis §3 ust. 4 projektu umowy – prosimy o przedłużenie czasu niezbędnego na dostarczenie urządzenia zastępczego do 72 godzin od terminu zgłoszenia awarii telefonicznie lub na piśmie (drogą elektroniczną)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie czasu niezbędnego na dostarczenie urządzenia zastępczego.

Pytanie 7:

Kary umowne określone §8 projektu umowy - §8 ust. 1 a) prosimy o obniżenie kary do wysokości 0,5% od wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej usługi

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 8:

Kary umowne określone §8 projektu umowy - §8 ust. 1 d) oraz 1e) prosimy o obniżenie kar umownych za zerwanie umowy, którymi jest wyłącznie obciążany Wykonawca, jednostronny zakres odpowiedzialności, do przyjętych standardowych kar czyli do wysokości 10% w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy oraz kary do wysokości 10% w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr III, sposobu wyliczenia ilości materiałów zużywalnych wykorzystywanych w zgrzewarce. Proszę o potwierdzenie czy w przypadku jeżeli Wykonawca dysponuje opak. 140 szt., będzie akceptowana wycena za 10 080 szt. materiałów zużywalnych, czy też należy przyjąć do wyliczeń materiały niezbędne do wykonania 10 000 szt. zgrzewów, czy też ilości 10 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w treści załącznika nr 10 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w części odnoszącej się do Zadania III, w kolumnie „Ilość” określono 10000 +/- 100 zgrzewów, a tym samym akceptowana będzie wycena za 10080 szt. materiałów zużywalnych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Melanie Gwoździ