


Podzamcze, dnia 8 kwietnia 2016r.



**Regionalne Centrum  
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45  
26-060 Chęciny  
tel. (41) 343 40 50  
faks (41) 307 44 76  
www.rcnt.pl  
[sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl)

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

***Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:  
„Dostawa materiałów, odczynników oraz narzędzi chirurgicznych do Publicznego Banku  
Komórek Macierzystych”.***

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców w ww. postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), udziela następujących odpowiedzi:

**1. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ust. 1 pkt 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

*Prośbę swoją motywuję tym, iż karę należałoby naliczać od niezrealizowanej części umowy. Naliczanie kary za część umowy, która została zrealizowana należycie wydaje się być rozwiązaniem niesprawiedliwym.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób. W ocenie Zamawiającego określenie kar umownych we wskazany przez Wykonawcę sposób, zaprzeczy istocie, dla której te kary zostały ustanowione. Kary umowne, odnoszące się do wartości przedmiotu dostawy, a nie do wartości zadania, pozbawią Zamawiającego środka realnie dyscyplinującego Wykonawcę do możliwie terminowego wykonywania obowiązków przewidzianych w umowie.

**2. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ust. 1 pkt 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za zwłokę w realizacji umowy do 0,5% wartości brutto części umowy, której zwłoka dotyczy?

*Proszę swoją motywujemy faktem, iż słusznym wydaje się być naliczanie kar umownych od wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, której dotyczą, a nie od całości umowy. Przy obecnym poziomie kar już w drugim dniu opóźnienia kara zrównuje się z karą za odstąpienie od umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób. W ocenie Zamawiającego określenie kar umownych we wskazany przez Wykonawcę sposób, zaprzeczy istocie, dla której te kary zostały ustanowione. Kary umowne, odnoszące się do wartości przedmiotu dostawy, a nie do wartości zadania, pozbawią Zamawiającego środka realnie dyscyplinującego Wykonawcę do możliwie terminowego wykonywania obowiązków przewidzianych w umowie.

**3. Dotyczy wzoru umowy, § 6, ust. 1 pkt 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za zwłokę usunięcia wady do 0,2% wartości brutto części umowy, której zwłoka dotyczy?

*Proszę swoją motywujemy faktem, iż słusznym wydaje się być naliczanie kar umownych od wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, której dotyczą, a nie od całości umowy. Przy obecnym poziomie kar już w drugim dniu opóźnienia kara zrównuje się z karą za odstąpienie od umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób. W ocenie Zamawiającego określenie kar umownych we wskazany przez Wykonawcę sposób, zaprzeczy istocie, dla której te kary zostały ustanowione. Kary umowne, odnoszące się do wartości przedmiotu dostawy, a nie do wartości zadania, pozbawią Zamawiającego środka realnie dyscyplinującego Wykonawcę do możliwie terminowego wykonywania obowiązków przewidzianych w umowie.

**4. Pytanie odnośnie limitu kar umownych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

*Proszę swoją motywujemy faktem, iż brak głównego limitu kar umownych może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość kar za zwłokę opisanych w § 6 ust. 1 przewyższy wysokość kary za odstąpienie od umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Wykonawcę sposób. W ocenie Zamawiającego określenie górnej granicy wysokości kar umownych zaprzeczy istocie, dla której te kary zostały ustanowione. Istnieje bowiem ryzyko, że Wykonawca wliczy koszt ewentualnych kar umownych w cenę oferty, w związku z czym

Zamawiający zostanie pozbawiony środka realnie dyscyplinującego Wykonawcę do możliwie terminowego wykonywania obowiązków przewidzianych w umowie.

#### **5. Dotyczy projektu umowy**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na usunięcie uchybień”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy zapisu w zaproponowanym przez Wykonawcę brzmieniu.

#### **6. Dotyczy wzoru umowy § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wartości od których liczone są kary z „brutto” na „netto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w proponowany przez Wykonawcę sposób.

#### **7. Dotyczy kar umownych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, iż kary za jedno przewinienie nie mogą się sumować?

Odpowiedź:

Przedmiotowa kwestia uregulowana została w § 6 ust. 4 wzoru umowy.

#### **8. Jaki typ i model rotora/rotorów używany jest/są przez Państwa w tej wirówce i jaka firma jest producentem tego urządzenia?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiadane przez niego wirówki to Eppendorf 5804 oraz Eppendorf 5804R, z następującymi typami rotorów:

Typ A-4-44, max. load 4 x 0,6 kg, max. 5000 rpm,

Typ S-4-72 max. load 4 x 0,7 kg, max. 4200 rpm,

Typ F-45-30-11 (30 x 1,5/2 ml) max. load 30 x 3,75 g, max. 14000 rpm,

Typ A-2-DWP (for deep well plates), max. 3700 rpm.

Do rotorów typu A-4-44 posiadamy wymienne koszyki typu 5804 755.006, 5804 753.003 i 5804 758.005 a do typu i S-4-72 koszyki 5804 791 002, 5804 783 000, 5804 784 006, 5804 789 008 .

**9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:**

#### **Zadanie VII- Narzędzia medyczne**

**Poz.1) Klemy do drenów o dł. 155 mm krzyżowo prążkowane lub kleszczyki naczyniowe PEAN poprzecznie prążkowane o dł. 14 i 16cm.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści klemy krzyżowo-prążkowane. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 wielkość narzędzi musi się mieścić w przedziale od 14 do 16 cm.

**10. Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 14 dni do 4 tygodni.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu dostawy dla tego pakietu.

**11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu tace medyczne o wymiarach 300 x 175 x 40 mm, co jest parametrem nieznacząco różniącym się od wymaganego?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści tac o wymiarach niemieszczących się w zakresie określonym w Załączniku nr 9 (235-270 x 180-200 x 25-50 mm).

**12. Czy zamawiający dopuści w/w tace w rozmiarze 235x190x40 cm?**

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający akceptuje tace o wymiarach: 235-270 x 180-200 x 25-50 mm. Wymiary tac podane przez Państwa mieszczą się w wymaganym zakresie.

**13. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z 14 na 30 dni od podpisania umowy dla tego pakietu?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu dostawy dla tego pakietu.

**14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na tacę 250x240x50 mm, reszta parametrów bez zmian?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na tace wykraczające poza zakres wymiarów określony w Załączniku nr 9 (235-270 x 180-200 x 25-50 mm).

**15. Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga tacę siatkową czy z blachy?**

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tac ze stali nierdzewnej, o jednolitej strukturze, bez perforacji – nie o strukturze siatkowej.

Dyrektor

*dr n. med. Michał Piast*

.....  
Kierownik Zamawiającego

Michał Piast