


Podzamcze, dnia 4 listopada 2016r.



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

***Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Zakup wraz z montażem i dostawą komór laminarnych oraz systemu do izolacji wolnookrężących
kwasów nukleinowych”.***

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców w w/w postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie do jednego rocznie przeglądu serwisowego komór laminarnych w okresie obowiązywania gwarancji? Zgodnie z normą PN EN ISO 14644-2-2005 producent komór laminarnych serii BIO zaleca wykonywanie przeglądu co 12 miesięcy w celu zachowania praw gwarancyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie z dwóch do jednego rocznie przeglądu serwisowego komór laminarnych pod warunkiem, że jest to zgodne z zaleceniami producenta przedmiotowych komór. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ i zamieścił poprawiony wzór umowy.

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Kierownik Zamawiającego

Michał Piast