

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I CZĘŚĆ – AKCESORIA RADIOLOGICZNE:

a) **Kasety RTG ogólnodiagnostyczne** – 3 szt., w tym o rozmiarach:

- 24 x 30 cm – 1 szt.,
- 15 x 40 cm lub 20 x 40 cm – 1 szt.,
- 18 x 43 cm – 1 szt.

Opis: Kasety RTG ogólnodiagnostyczne z foliami wzmacniającymi, okienkami ID. Kasety na światło zielone (zielonoczułe).

b) **Fartuch ołowiany jednostronny 0,25 mm Pb na całej powierzchni**, rozmiar 60 x 100 – MS – wzrost 159-170 cm, obw. kl.pier – 97-108 cm – 1 szt.

Opis: Zabezpieczenie przodu, boków i łopatek użytkownika. Do części okrywających łopatkę doszyte taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi, służącymi do zapinania fartucha w pasie.

c) **Fartuch ołowiany jednostronny 0,25 mm Pb na całej powierzchni MIEDNICOWY**, rozmiar, od 30 x 30 cm – M – lub 40 x 45 – L – 1 szt.

Opis: Półfartuch chroniący obszar miednicy podczas ekspozycji rentgenowskiej. Zapinany na biodrach zapięciem typu "rzep".

d) **Ochrona tarczycy 0,25 mm Pb**, rozmiar uniwersalny 47 cm – 1 szt.

Opis: chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep".

e) **Ochrona gonad (męska/żeńska) 1,00 mm Pb**, rozmiar uniwersalny – 1 szt.

Opis: Chronią narządy podczas zdjęć rentgenowskich.

II CZĘŚĆ - URZĄDZENIA I AKCESORIA DO ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH:

a) **Urządzenie do mikrodermabrazji 2 w 1 korundowej i diamentowej** – 1 szt.

Opis: Urządzenie do przeprowadzania zabiegów polegających na bezinwazyjnym, mechanicznym złuszczeniu wierzchnich warstw naskórka, które pod ciśnieniem wypycha kryształki korundu i jednocześnie zasysa martwy naskórek.

Minimalny skład zestawu:

Jednorazowa nakładka 5mm – 60 szt.

Jednorazowa nakładka 6mm – 40 szt.

Filtr – 4 szt.



Manipulator – 7 szt.

Manipulator + wężyki – 3 szt.

Korund – 1,5 kg

Minimalne parametry techniczne:

-Napięcie zasilania 230V 50 Hz

-Moc pobierana 80W

-Bezpiecznik 1,5 A

-Wydatek pompy 31 l/min

-Podciśnienia na poszczególnych prędkościach mierzone na zakończeniu głowicy

-100 Torr 2.

-120 Torr 3.

-140 Torr 4.

-160 Torr 5.

-180 Torr 6.

-200 Torr

Minimalne parametry mikrodermabrazji diamentowej:

- Pompa tłokowa z płynnie regulowanym podciśnieniem pracy od 0 do 0,4 bar.

- Czas pracy: 0-30 min

- Moc: 60 W

- Fuse: 1,2A

- Napięcie: 230 V-50Hz

Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące

b) **Zestaw do manicure na ciepło** – 3 szt.

Opis: Idealny do salonów spa i salonów kosmetycznych. Urządzenie jest podgrzewane, dzięki czemu woda nie ostudza się jak w zwykłych miseczkach. Zestaw do manicure na ciepła polecany w szczególności osobom mającym problemy z rozdławiającą się płytką paznokciową oraz suchymi pękającymi skórkami.

Minimalny skład zestawu:

- aparat z kablem zasilającym

- 2 miseczki plastikowe nakładane na aparat (wymienne)

- Vitalcrem 150 ml

Gwarancja na urządzenie: min. 12 miesięcy





c) **Podgrzewacz parafiny do stóp** – 1 szt.

Opis: Urządzenie do zabiegów parafinowych na dłonie i inne partie ciała. Zabiegi parafinowe wygładzają, rozgrzewają, nawilżają i ujędrniają skórę.

Minimalny skład zestawu:

- podgrzewacz parafiny
- pędzelek do nakładania parafiny

Dane techniczne:

- napięcie 220-240 V/50-60 Hz
- moc 220 W

Wymagania dodatkowe:

- termoregulacja

Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące

d) **Urządzenie Elektrostimulacja (na statywie)** – 1 szt.

Opis: Profesjonalne urządzenie do elektrostymulacji, które stymuluje pracę mięśni i rozbija tkankę tłuszczową za pomocą prądu przepływającego przez elektrody umieszczone w odpowiednich punktach ciała.

Podstawowe funkcje:

- Wzmacnianie mięśni: klatka piersiowa, brzuch, łopatki i ramiona
- Wyszczuplanie ciała: powiększanie piersi, podnoszenie piersi, talia i brzuch redukcja, zmniejszenie bioder, lifting twarzy, łydki odchudzanie, uda odchudzanie, ramiona odchudzanie, masaże pleców
- Masaż i fizjoterapia: drenaż limfatyczny całego ciała, drenaż węzłów chłonnych.

Minimalny skład zestawu:

- urządzenie główne,
- zestaw elektrod (10szt),
- elektrody okrągłe (10szt),
- elektrody ośmiokątne (10szt),
- elektrody owalne (10szt),
- zestaw elastycznych pasów

Dane techniczne:

- napięcie: 220-230V,
- napięcie na wyjściu: 150V,



- częstotliwość prądu niskiej częstotliwości: 1-200Hz,
- częstotliwość prądu średniej częstotliwości: 2000Hz,

Wymagania dodatkowe:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- statyw

Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące

III CZĘŚĆ - POMOCE DYDAKTYCZNE/EDUKACYJNE

a) Fantom osoby dorosłej dwupłciowy (wielkość naturalna, ok. 170) – 3 szt.

Opis: Fantom osoby dorosłej z możliwością do przeprowadzenia ważniejszych ćwiczeń z zakresu fachowej opieki pielęgnacyjnej

Cechy:

- pielęgnacja stomii,
- wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie (możliwość cewnikowania),
- otwory nosowe, umożliwiające karmienie przez sondę,
- pielęgnacja palców rąk i nóg, palce tak, jak u człowieka są rozdzielone,
- wszystkie połączenia stawów powinny być wytrzymałe i umożliwiające realistyczny zakres ruchów, podczas wymiany bielizny osobistej,
- delikatna, realistyczna skóra twarzy, rąk i stóp,
- ruchoma, wyjmowana szczeka i język, umożliwiająca pielęgnację jamy ustnej,
- wyjmowanie i mycie protez zębowych,
- peruka pozwalająca na pielęgnację włosów, mycie, układanie,
- realistyczne ujście cewki moczowej i pęcherz do ćwiczeń cewnikowania i wymiany worka na mocz,
- mycie całego ciała wraz z podmywaniem,
- umożliwia przenoszenie z łóżka na wózek i zmianę pozycji ułożeniowej w łóżku.

Rozmiar: naturalna wielkość osoby dorosłej, tj. ok. 170 cm +/- 5 cm

Waga: do max. 20 kg

Wymagania dodatkowe:

- Fantom nie może posiadać części, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas mycia wodą.
- Fantom powinien być wykonany ze specjalnego, wysokiej jakości materiału odpornego na zużywanie i przypominającego ludzką skórę.

b) Fantom lalki do nauki masażu Shantala – 1 szt.



Opis: Lalka do nauki masażu Shantala. Sprawdzone tworzywo, realistyczne i estetyczne wykonanie. Model będzie służył do częstego użytku szkolnego

Cechy:

- ciało lalki powinno być wykonane z mocnego materiału, dzięki czemu będzie wiotkie i miękkie,
- głowa, ramiona i nogi wykonane są z winylu,
- otwarte dłonie,
- lalka w zestawie z ubraniem

Rozmiar: długość min. 60 cm

c) **Model mikroskopowej budowy skóry, włosa i paznokcia** – 1 szt.

Opis: Model skóry przedstawia mikroskopijną strukturę skóry, włosa i paznokcia człowieka w sposób bardzo szczegółowy. Na przykładach różnych części skóry, przedstawia jej komórki, gruczoły potowe, receptory dotykowe, naczynia krwionośne, nerwy i włosy z cebulkami. Ponadto model paznokcia umieszczony na podstawie przedstawia płytkę, łożysko i korzeń paznokcia. Przedstawienie cebulki włosa z wszystkimi warstwami uzupełnia model skóry.

Wymiary: waga – max. 0,5 kg

IV CZĘŚĆ - URZĄDZENIE DO MASAŻU

a) **Aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego** – 1 szt.

Opis: Urządzenie do terapii uciskowej, mający zastosowanie terapeutyczne oraz w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej.

Cechy:

- różne algorytmy zabiegowe (w tym koniecznie do drenażu limfatycznego),
- każdy z algorytmów może być wykonywany jako masaż tradycyjny wstępujący lub zstępujący oraz masaż pulsacyjny,
- możliwość podłączenia dowolnego mankietu uciskowego 5 - cio komorowego,
- regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg.

Wymagania dodatkowe:

- Czytelny panel sterowania i łatwa obsługa, menu w języku polskim.
- Min. 1 mankiety na kończynę górną i dolną.
- W zestawie jednorazowe, higieniczne wkłady flizelinowe do aparatów.
- **Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące.**

LIDER PROJEKTU:

Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: NowoczesnaSzkola@sejmik.kielce.pl

PARTNERZY PROJEKTU:



ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW PRYWATNYCH
LEWIATAN





V CZĘŚĆ – LUSTRO

a) **Lustro dla wizażystów, rozmiary 1,6 m x 1,0 m, z min. 18 żarówkami LED** – 1 szt.

Opis: Prostokątne Lustro do wizażu z energooszczędnym oświetleniem LED

Wymiar: szer. 1,6 m x wys. 1.0 m

Oświetlenie:

- energooszczędne LED (wymagane: Certyfikat CE, ROHS)
- żarówki LED min. 3W, gwint E27, 1 szt. = min. 140lm/W
- liczba żarówek dostosowana do wielkości lustra jednak nie mniej niż 18 (żarówki po obwodzie)

Barwa świecenia:

- Barwa Biała Naturalna 4000K (dedykowana do makijażu)
- Biała ciepła 3000K

Zasilanie:

- 220-230V
- wyprowadzony przewód do podłączenia do instalacji elektrycznej lub przewód z wtyczką z wyłącznikiem (do gniazdka elektrycznego)

Krawędzie:

- szlif polerowany

Gwarancja na lustro: min. 24 miesiące

VI CZĘŚĆ – MASZYNA DO SZYCIA

a) **Maszyna do szycia** – 4 szt.

Cechy:

- ilość funkcji 24 - 30
- ilość wzorów min. 15 w tym ściegi: ovrlockowe, elastyczne, kryte
- długość ściegu 4mm
- szerokość ściegu 5mm
- płynna regulacja długości ściegu
- chwytacz wahadłowy
- 4-stopniowy system obszywania dziurek na guziki
- automatyczny nawijacz szpulki
- ścieg wsteczny
- zatraskowy system mocowania stopek

LIDER PROJEKTU:

PARTNERZY PROJEKTU:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- możliwość szycia igłą podwójną
- wolne ramię (wysięg)
- wbudowany pojemnik na wyposażenie
- metalowe podzespoły

Wymagania dodatkowe:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- pokrowiec na urządzenie
- w zestawie z maszyną 2 stopki.
- **Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące.**

1 Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Zdzisław Kobierski
Zdzisław Kobierski

LIDER PROJEKTU:

Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: NowoczesnaSzkoła@sejmik.kielce.pl

PARTNERZY PROJEKTU:



ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW PRYWATNYCH
LEWIATAN

