



# WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.VII.431.6.2019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Gabinet Marszałka Województwa

Wpłynęło dnia 24.09.2019  
Nr pisma 74910/2019  
Podpis Pudełko

Kielce, dnia 23.09.2019 r.

Dep. Zdzisław  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Marek Bogusławski

WPLYNĘŁO  
Sekretariat Marszałka  
Województwa Świętokrzyskiego  
24.09.2019

proszę o realizację  
Deklaracja zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym  
Deklaracja zgodna z deklaracją elektroniczną  
w dniu 26.09.2019 przez dyrektora  
OZ  
w systemie E2D  
Podpis pracownika

Pan  
Andrzej Bętkowski  
Marszałek Województwa  
Świętokrzyskiego

Sekretariat Członka Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego  
Wpłynęło dnia 26.09.2019  
Nr pisma 199/2019  
Podpis

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia 26. WRZ. 2019  
Nr pisma 74910/2019  
Podpis

## PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, na realizację zadania pn. "Zakup 4 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim — Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach" przeprowadzona została w dniach: 24 i 26 lipca 2019 r.

W dniu 24 lipca 2019 r. przeprowadzono czynności kontrolne dokumentacji finansowo – księgowej udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego<sup>1</sup> w Kielcach, natomiast oględziny urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiących wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania we Włoszczowie, Końskich i Skarżysku – Kamiennej miały miejsce w dniu 26 lipca 2019 r.

Kontrolę zrealizował zespół kontrolny złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie stosownych upoważnień.

### Ustalenia kontroli:

Zadanie realizowane na podstawie:

1. Umowa (bez numeru) z dnia 21 listopada 2018 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Dotację przyznano zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wojewoda przekazuje Samorządowi Województwa środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania

<sup>1</sup> Zwany dalej: Urząd Marszałkowski lub U MWŚ.

*nieposłucha*

w kwocie 220 000,00 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację Zadania pn. „Zakup 4 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – „Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”.

Zgodnie z ewidencją księgową konta 901 Urzędu Marszałkowskiego dotacja w wysokości 220 000,00 zł wpłynęła w dniu 23 listopada 2018 roku z przeznaczeniem - dotacja cel. Rozdział 85141 §2210 (20.2.1.2) - zgodnie z zawartą umową, na rachunek bankowy Samorządu Województwa.

2. Umowa Nr 47/D/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. zawarta w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w sprawie dofinansowania wydatków poniesionych przez placówkę na ww. zadanie. Zgodnie z treścią §2 umowy dla ŚCRMiTS wyliczono dotację w kwocie **219 428,00 zł.** (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem). Wysokość współczynnika określonego w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodny jest z Kalkulacją wysokości środków publicznych na realizację zadania (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie dotacji Nr 47/D/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.) i wynosił **0,9974.**

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 174 528,00 zł brutto (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem), w tym środki wydatkowane z otrzymanej dotacji: 174 074,22 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 22/100). Pozostałe koszty w wysokości 453,78 zł pokryte zostały ze środków własnych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Dokonanie wydatku potwierdza faktura Nr OI454189 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz protokół odbioru/uruchomienia urządzenia sporządzony w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Kwota 174 074,22 zł przekazana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na konto bankowe ŚCRMiTS w Kielcach zgodnie z ewidencją księgową konta 130-2 Urzędu Marszałkowskiego w dniu 20.12.2018 roku.

Wysokość współczynnika określonego w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodna jest z końcowym rozliczeniem merytoryczno-finansowym wykorzystania dotacji przedłożonym przez ŚCRMiTS i osiągnął za rok 2018 wartość - **0,9984.**

Wysokość środków publicznych przyznana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z umową Nr 47/D/2018 o udzielenie dotacji wyniosła 219 428,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem).

Środki wydatkowane przez ŚCRMiTS z otrzymanej dotacji wyniosły 174 074,22 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 22/100). Wysokość środków publicznych podlegających zwrotowi obliczona zgodnie z art. 116 ust.3 ustawy o działalności leczniczej: 0,00 zł.

Niewykorzystana część dotacji wyniosła 45 925,78 zł, co jest zgodne z końcowym rozliczeniem merytoryczno - finansowym ŚCRMiTS wykorzystania dotacji oraz ewidencją księgową konta 224 Urzędu Marszałkowskiego. Zwrot dotacji do ŚUW nastąpił w dniu 10 stycznia 2019 roku co, jest zgodne z zapisami §5 pkt 4 umowy z dnia 21 listopada 2018 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Dokonane przez kontrolujących oględziny urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej z zasilaczami AC i kablami samochodowymi, stanowiących wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania Włoszczowie, Końskich i Skarżysku – Kamiennej funkcjonujących w strukturze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, – jedyne w województwie świętokrzyskim dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, posiadającego status wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, potwierdzają że urządzenia te zakupione zostały ze środków dotacji. Typ urządzeń i ich numery seryjne są zgodne z fakturami zakupu urządzeń oraz protokołami ich odbioru i uruchomienia.

Oględzinami, nie zostało objęte urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, zakupione również z przedmiotowej dotacji, będące na wyposażeniu ZRM w Sandomierzu. Oględziny urządzenia w Sandomierzu nie zostały przeprowadzone z uwagi na znaczną odległość od w/w miejsc stacjonowania ZRM, w których miały miejsce wizje lokalne. Niemniej jednak pozyskano ze ŚCRMiTS informację, w którym ambulansie w Sandomierzu zostało ulokowane urządzenie LUKAS 3 oraz kopię paszportu technicznego tego urządzenia. Analiza tej dokumentacji potwierdza, że w/w sprzęt został zakupiony ze środków dotacji, której dotyczy kontrola.

Zakupiony system kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 - to w pełni elektryczne urządzenie, które w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Zasilany za pomocą baterii lub zewnętrznego źródła energii 230V/12V, automatycznie wykonuje masaż serca zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. System LUCAS wykonuje zabieg ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą zgodną z wytycznymi AHA / ERC 2010, w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje automatycznie od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. System wymusza stały przepływ krwi od chwili włączenia, zwiększając szanse pacjenta na przeżycie. Ciągłe uciskanie przyczynia się również do utrzymania w naczyniach wieńcowych ciśnienia perfuzyjnego, co ułatwia przywrócenie naturalnego krążenia. LUCAS 3, w porównaniu z poprzednią wersją urządzenia, posiada w zestawie nowe akcesoria (plecak z poliwęglanu, podkładkę pod plecy, pas stabilizujący) oraz możliwość bezprzewodowej transmisji danych z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jest szczególnie dedykowany dla ratownictwa przedszpitalnego.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa nie wykazała, aby przyznane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego środki zostały poniesione na zakupy lub usługi niezgodnie z przeznaczeniem.

Oryginały dokumentów stanowiących podstawę do ustaleń zawartych w niniejszej informacji znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, natomiast wybrane przez kontrolujących dokumenty w formie skanów elektronicznych

lub kserokopii dokumentów źródłowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (dowody kontroli) dołączono do akt sprawy. Wspomniane dokumenty znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej, tj. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

KIEROWNIK  
Oddziału Ratownictwa Medycznego  
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

*P. Gołda*

Piotr Gołda

.....  
*podpis przewodniczącego  
zespołu kontrolnego*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Joanna Janiszewska-Bujala*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....  
*podpis dyrektora wydziału*



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.VII.431.6.2019

Kielce, dnia 29-10-2019

Pan  
**Andrzej Bętkowski**  
Marszałek Województwa  
Świętokrzyskiego

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, na realizację zadania pn. "Zakup 4 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim — Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach" przeprowadzona została na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup>, art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>2</sup> w dniach: 24 i 26 lipca 2019 r.

W dniu 24 lipca 2019 r. przeprowadzono czynności kontrolne dokumentacji finansowo – księgowej udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego<sup>3</sup> w Kielcach, natomiast oględziny urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiących wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania we Włoszczowie, Końskich i Skarżysku – Kamiennej miały miejsce w dniu 26 lipca 2019 r.

Kontrolę zrealizował zespół kontrolny złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie stosownych upoważnień.

#### Ustalenia kontroli:

Zadanie realizowane na podstawie:

1. Umowa (bez numeru) z dnia 21 listopada 2018 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Dotację przyznano zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wojewoda przekazuje Samorządowi Województwa środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania

<sup>1</sup> t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464

<sup>2</sup> t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869

<sup>3</sup> Zwany dalej: Urząd Marszałkowski lub UMWŚ.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

w kwocie 220 000,00 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację Zadania pn. „Zakup 4 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – „Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”.

Zgodnie z ewidencją księgową konta 901 Urzędu Marszałkowskiego dotacja w wysokości 220 000,00 zł wpłynęła w dniu 23 listopada 2018 roku z przeznaczeniem - dotacja cel. Rozdział 85141 §2210 (20.2.1.2) - zgodnie z zawartą umową, na rachunek bankowy Samorządu Województwa.

2. Umowa Nr 47/D/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. zawarta w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w sprawie dofinansowania wydatków poniesionych przez placówkę na ww. zadanie. Zgodnie z treścią §2 umowy dla ŚCRMiTS wyliczono dotację w kwocie **219 428,00 zł.** (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem). Wysokość współczynnika określonego w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodny jest z Kalkulacją wysokości środków publicznych na realizację zadania (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie dotacji Nr 47/D/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.) i wynosił **0,9974.**

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 174 528,00 zł brutto (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem), w tym środki wydatkowane z otrzymanej dotacji: 174 074,22 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 22/100). Pozostałe koszty w wysokości 453,78 zł pokryte zostały ze środków własnych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Dokonanie wydatku potwierdza faktura Nr OI454189 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz protokół odbioru/uruchomienia urządzenia sporządzony w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Kwota 174 074,22 zł przekazana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na konto bankowe ŚCRMiTS w Kielcach zgodnie z ewidencją księgową konta 130-2 Urzędu Marszałkowskiego w dniu 20.12.2018 roku.

Wysokość współczynnika określonego w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodna jest z końcowym rozliczeniem merytoryczno-finansowym wykorzystania dotacji przedłożonym przez ŚCRMiTS i osiągnął za rok 2018 wartość - 0,9984.

Wysokość środków publicznych przyznana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z umową Nr 47/D/2018 o udzielenie dotacji wyniosła 219 428,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem).

Środki wydatkowane przez ŚCRMiTS z otrzymanej dotacji wyniosły 174 074,22 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 22/100). Wysokość środków publicznych podlegających zwrotowi obliczona zgodnie z art. 116 ust.3 ustawy o działalności leczniczej: 0,00 zł.

Niewykorzystana część dotacji wyniosła 45 925,78 zł, co jest zgodne z końcowym rozliczeniem merytoryczno - finansowym ŚCRMiTS wykorzystania dotacji oraz ewidencją

księgową konta 224 Urzędu Marszałkowskiego. Zwrot dotacji do ŚUW nastąpił w dniu 10 stycznia 2019 roku co, jest zgodne z zapisami §5 pkt 4 umowy z dnia 21 listopada 2018 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Dokonane przez kontrolujących oględziny urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej z zasilaczami AC i kablami samochodowymi, stanowiących wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania Włoszczowie, Końskich i Skarżysku – Kamiennej funkcjonujących w strukturze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, – jedyne w województwie świętokrzyskim dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, posiadającego status wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, potwierdzają że urządzenia te zakupione zostały ze środków dotacji. Typ urządzeń i ich numery seryjne są zgodne z fakturami zakupu urządzeń oraz protokołami ich odbioru i uruchomienia.

Oględzinami, nie zostało objęte urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, zakupione również z przedmiotowej dotacji, będące na wyposażeniu ZRM w Sandomierzu. Oględziny urządzenia w Sandomierzu nie zostały przeprowadzone z uwagi na znaczną odległość od w/w miejsc stacjonowania ZRM, w których miały miejsce wizje lokalne. Niemniej jednak pozyskano ze ŚCRMiTS informację, w którym ambulansie w Sandomierzu zostało ulokowane urządzenie LUKAS 3 oraz kopię paszportu technicznego tego urządzenia. Analiza tej dokumentacji potwierdza, że w/w sprzęt został zakupiony ze środków dotacji, której dotyczy kontrola.

Zakupiony system kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 - to w pełni elektryczne urządzenie, które w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Zasilany za pomocą baterii lub zewnętrznego źródła energii 230V/12V, automatycznie wykonuje masaż serca zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. System LUCAS wykonuje zabieg ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą zgodną z wytycznymi AHA / ERC 2010, w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje automatycznie od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. System wymusza stały przepływ krwi od chwili włączenia, zwiększając szanse pacjenta na przeżycie. Ciągłe uciskanie przyczynia się również do utrzymania w naczyniach wieńcowych ciśnienia perfuzyjnego, co ułatwia przywrócenie naturalnego krążenia. LUCAS 3, w porównaniu z poprzednią wersją urządzenia, posiada w zestawie nowe akcesoria (plecak z poliwęglanu, podkładkę pod plecy, pas stabilizujący) oraz możliwość bezprzewodowej transmisji danych z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jest szczególnie dedykowany dla ratownictwa przedszpitalnego.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa nie wykazała, aby przyznane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego środki zostały poniesione na zakupy lub usługi niezgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze, nie wystąpiły przesłanki do wydania zaleceń pokontrolnych.

Podpis  
Joanna Janiszewska-Bujała  
Z-ca dyrektora  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
25-516 Kielce  
Aleja IX Wieków Kielc 3 / \_

Kielce, 2019-10-29

BiZK.VII.431.6.2019.PG

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

#### INFORMACJA

Korespondencja wysłana za pośrednictwem systemu EZD PUW przez ŚUW w Kielcach

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne dot. wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, na realizację zadania pn. "Zakup 4 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach".

#### Załączniki:

1. wystąpienie pokontrolne - dotacja na zakup sprzętu dla ŚCRMITS.(3205226\_3651272).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-10-29T14:41:05.870Z

**Podpis elektroniczny**



**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP34373561

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Identyfikator adresata: 3h680wewfh

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Identyfikator nadawcy: SUWKielce

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2019-10-30T12:53:08.246

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-10-30T12:53:08.246

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK50230950

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 50230950

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-3b355b57208f4233d26e3a4c9c3cc818 :

referencja ID-65f8e4b4c3603a7caefe44831d2acbb1 : e-Pismo%20od%20WBiZK%20%C5%9AUW%20w%20Kielcach.xml

referencja : #xades-id-f7b706a45cf675b2ca04cb84b9068a75