



ROPS-II.052.3.6.2020

Kielce 25.08.2020 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do zapytania ofertowego  
z dnia 14.08.2020r. znak: ROPS-II.052.3.6.2020**

**Pytanie**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kombinezon nie zgodny z wytycznymi MZ tj. posiadający klasę III i kategorię 5 i 6 w zakresie zgodności z normą EN 14126:2003 ? Nasze kombinezony spełniają pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego, potencjalnym Oferentom”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w Zamówieniu ofertowym w Tabeli 2 *Podstawowe dane techniczne, materiał i inne opisy* zawarte zostały parametry, jakie powinien spełniać zamawiany asortyment. Ponadto musi on również spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>. Zamawiający wymaga, aby oferty spełniały podstawowe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, który nie spełnia wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
Elżbieta Korus