



OZ-III.45.1.3.2020

Kielce, dnia 23 października 2020 r.

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do Zapytania ofertowego
z dnia 20 października 2020 r. znak: OZ-III.45.1.3.2020

Pytania od wykonawcy

„1. Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3 spełniającą wyłącznie normę PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009?”.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi pod adresem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>, dopuszcza się maski filtrujące zgodne co najmniej z jedną z wymienionych norm.

Ponadto Zamawiający przypomina, że oferowany asortyment powinien spełniać również pozostałe wymagania wskazane w Punkcie A Przedmiot zamówienia, w Tabeli Nr 2 zapytania ofertowego oraz muszą być spełnione wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE.