

UCHWAŁA NR 3996/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 LIPCA 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej z wyposażeniem na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2020.1668 t.j. ze zm.), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.), art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 92 000,00 zł (*słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące*) na zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej z wyposażeniem na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”, – symbol zadania 000 11.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Szpital w II Klinice Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonuje się najczęściej badań TEE (echo przezprzełykowe). Pomieszczenie w którym wykonywane są chemiczne sterylizacje głowicy TEE nie posiada odpowiedniej wentylacji, przez co opary z prostopadłościennych pojemników z otwieraną pokrywą kumulują się narażając personel na aspirację. Dla zabezpieczenia warunków pracy personelu medycznego wykonującego badania pacjentów kardiologicznych, w tym także tych z podejrzeniem zakażenia i potwierdzonym zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, niezbędny jest zakup nowej stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej.