

UCHWAŁA NR 4185/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 25 SIERPNI 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzelykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (*Dz.U.2020.1668 t.j. ze zm.*), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U.2021.305 t.j.*), art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*Dz.U.2021.711 t.j.z póź. zm.*). uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w wysokości 120 000,00 zł (*słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy*) na zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzelykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. . „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”, – symbol zadania 000 11.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonuje około 180 badań TEE (echo przezprzelykowe) miesięcznie. Pomieszczenie, w którym wykonywane są chemiczne sterylizacje głowicy TEE nie posiada odpowiedniej wentylacji, przez co opary kumulowane z pojemników bardzo drażnią drogi oddechowe personelu obsługującego sterylizację. Zakup myjni zapewni prawidłowy proces mycia i dezynfekcji sondy, a także poprawi bezpieczeństwo pracowników i usprawni pracę Kliniki.