

**UCHWAŁA NR 4990/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 9 MARCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego.**

**NA PODSTAWIE:**

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (*t.j. Dz.U.2020.1668 ze zm.*), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.*), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*t.j. Dz.U.2021.711 ze zm.*)  
uchwala się co następuje:

**§ 1**

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 850 000,00 zł na adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego.

**§ 2**

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – symbol zadania 00002.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 850 000,00 zł na adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego, który zostanie przekazany przez Agencję Rezerw Strategicznych, zgodnie z Decyzją Rady Ministrów nr 67/R/22. Aby móc zamontować nowy aparat niezbędne jest przystosowanie istniejących pomieszczeń zarówno pod względem funkcjonalności jak i ochrony radiologicznej. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest zagospodarowanie w tym celu części oddziału znajdującego się na parterze budynku, w sąsiedztwie poradni, przy głównym ciągu komunikacyjnym szpitala. Na dzień dzisiejszy stacja składa się z części czystej, części brudnej, a pomiędzy nimi zlokalizowana jest komora do mycia łóżek szpitalnych wraz z komorą do dezynfekcji materacy. Jednostka planuje zagospodarowanie na potrzeby pracowni tomografu komputerowego fragmentu części czystej stacji łóżek. W skład pracowni wchodzić będą pomieszczenia TK, sterownia oraz pomieszczenia przygotowania pacjenta.